Lublin, dnia 11-12-2018 r.

Nr postępowania 924/D/20

Sprostowanie do

Ogłoszenia o zamówieniu- Zamówienie z dziedziny nauki oraz Załącznika Nr 2 do post. 924/D/2018

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki dokonuje sprostowania w treści Ogłoszenia o zamówieniu:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zadanie 1

Właściwa treść:

kamera mikroskopowa:

- kolorowa
- złącze USB 3.0
- matryca typu CMOS o przekątnej min. 1/2.3"
- rozdzielczość min. 15 Mpix
- wielkość pixela < 2,0 µm x 2,0 µm
- głębia koloru min. 36 bit
- czas ekspozycji minimum: 25µs do 1 s
- złącze C-mount
- adapter 0.63x

oraz w Załączniku 2 do post. 924/D/2018:

Zadanie 1, Lp. 2, rubryka Urządzenia,

Właściwa treść:

kamera mikroskopowa:

- kolorowa
- złącze USB 3.0
- matryca typu CMOS o przekątnej min. 1/2.3"
- rozdzielczość min. 15 Mpix
- wielkość pixela < 2,0 µm x 2,0 µm
- głębia koloru min. 36 bit
- czas ekspozycji minimum: 25µs do 1 s
- złącze C-mount
- adapter o.63x

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Lech Panasiuk
prof. nzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk