Znak sprawy: 147 /D/2019

Lublin 11.03.2019 r

Dostawa sprzętu medycznego: Macerator 1 szt., Myjnia-dezynfektora do kaczek i basenów 1 szt., Urządzenie ociepleniowe do rozmrażania i podgrzewania składników krwi zapakowanych w plastikowe torby (Urządzenie do suchego rozmrażania osocza) 1 szt., Szafa medyczna na leki i narkotyki z sejfem 1 szt.

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści zapytania ofertowego przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego .

Przedmiot zamówienia: Macerator 1 szt.

1. W odniesieniu do pozycji 6 oraz 7 opisu przedmiotu zamówienia - w pozycji nr 6 Zamawiający wymaga ośmiu noży tnących, zaś w pozycji nr 7 minimum pięciu oraz minimum dwóch noży tnących. Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego łącznie w siedem noży tnących, z zachowaniem minimalnej konfiguracji i konstrukcji opisanej w pozycji nr 7 (podwójna komora maceracji, górna komora o pięciu nożach, dolna komora o dwóch nożach).

   Tak. Zamawiający dopuszcza 7 noży tnących, jednocześnie modyfikuje pkt 6:

   Na : System 7 noży tnących

   Przedmiot zamówienia: myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów

1. Co do pozycji 8 oraz 9 opisu przedmiotu zamówienia - czy Zamawiający posiada badania czy też inne niezależne ekspertyzy, które jednoznacznie wskazują, że komora mycia ze spoinami laserowymi na którą producent wystawia dożywotnią gwarancję jest rozwiązaniem gorszym, bardziej awaryjnym niż komora bez spoin? Jeżeli nie to prosimy o dopuszczenie do postępowania myjni z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej z 2 spoinami laserowymi, posiadającą dożywotnią gwarancję. Konstrukcja komory ponadto nie zawiera miejsc powodujących gromadzenie się osadu ani namnażanie mikroorganizmów.

   Pkt nr 9 o brzmieniu : Jednolita komora tłoczona z blachy ze stali nierdzewnej bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii podlega wykreśleniu.

   Zamawiający dopuszcza komorę ze stali nierdzewnej ze spawami.

2. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach nieznacznie większych od wymaganych tj: szerokość urządzenia = 50 cm, wysokość urządzenia = 145 cm. Różnica ta nie utrudnia umieszczenia półki na naczynia nad urządzeniem.

   Zamawiający nie wyraża zgody. Podane wymiary w specyfikacji są maksymalne.

3. Co do pozycji nr 12 - prosimy o dopuszczenie urządzenia otwieranego ręcznie - jest to rozwiązanie obniżające ogólny koszt urządzenia.

   Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

4. Co do pozycji nr 15,16,17 - prosimy o dopuszczenie urządzenia stosującego tylko jeden rodzaj środka - myjąco-zmiękczający - oraz jedną pompę detergentu, o sterowaniu dozowaniem poprzez menu urządzenia. Wykorzystanie jednego środka zamiast dwóch znacząco obniża koszty eksploatacji urządzenia. Dodatkowo, kalibracja dozowania środka powinna być wykonywana przez autoryzowany serwis, który dobiera dozowanie odpowiednio do parametrów twardości wody w placówce Zamawiającego.

   Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

5. Co do pozycji nr 35 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania kanistra 5l jednego, kompleksowego środka - w związku z powyższym pytaniem (nr 4).

   Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

6. Co do pozycji nr 28, 29 - ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza na zasadzie równoważności 2 sposoby suszenia: mechaniczne wymuszonym obiegiem powietrza oraz suszenie konwekcyjne, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażone w system suszenia konwekcyjnego. Rozwiązanie takie pozwala na wyeliminowanie potencjalnie awaryjnych elementów jak suszarka. Dodatkowo suszenie nawiewowe wymaga regularnej wymiany filtrów HEPA, co znacznie podnosi koszty eksploatacji urządzenia.

   Zamawiający wyraża zgodę.

7. Co do pozycji nr 32 - czy dla Zamawiającego wystarczające jest urządzenie, co do którego badania na skuteczność eliminacji clostridium difficile przeprowadzone zostały w polskim, renomowanym, niezależnym ośrodku badawczym, laboratorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu lub innym akredytowanym laboratorium?

   Zamawiający wyraża zgodę.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie **myjni-dezynfektora do kaczek i basenów** i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiałoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy- Szczegółowa charakterystyka techniczna myjni-dezynfektora do kaczek i basenów

1. Dot. poz. 10- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer.545mm x gł 475mm x wys.1630mm ?

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

2. Dot. poz. 12- Czy Zamawiający zgodzi się na system otwierania i zamykania drzwi, w którym otwarcie drzwi następuje po naciśnięciu pedału nożnego a zamknięcie ręcznie? Proponowane przez Nas rozwiązanie jest prostsze w obsłudze niż sterowanie za pomocą podczerwieni, będącej rozwiązaniem droższym i awaryjnym w warunkach podwyższonej temperatury pracy myjni i wilgotności.

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

3. Dot. poz. 22- Czy Zamawiający dopuści pojemność myjni
- jednocześnie 1 basen i 1 kaczka
- lub 2 kaczki
- lub basen

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

4. Dot. poz. 26- Czy Zamawiający dopuści wysokowydajny układ mycia i dezynfekcji dostoswany konstrukcyjnie do wielkości i konstrukcji komory składający się z 5 dysz natryskowych i 1 ramienia obrotowego?

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wprowadza zmiany do opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 4

Do: Szczegółowej charakterystyki technicznej myjni-dezynfektora do kaczek i basenów poprzez dopisania słowa „lub równoważny"
Pkt. 28 Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883 **lub równoważny**
Pkt. 30 Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 **lub równoważny**
Pkt. 31 Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001 **lub równoważny**

Urządzenie ociepleniowe do rozmrażania i podgrzewania składników krwi zapakowanych w plastikowe torby (Urządzenie do suchego rozmrażania osocza) 1 szt
Pkt.15 Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzenie deklaracją Zgodności – załączyć odpowiedni dokument **na każde wezwanie Zamawiającego.**

Szafa medyczna na leki i narkotyki z sejfem 1 szt. poprzez wykreślenie
Pkt.4 Drzwi z bi-laminatu, z brzegami z ABS, kolor biały (standard) – ~~możliwość wyboru 9-ciu kolorów (ABET)~~

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
mgr Magdalena Czarkowska