Znak sprawy: 147 /D/2019

Lublin 12.03.2019 r

Dostawa sprzętu medycznego: Macerator 1 szt., Myjnia-dezynfektora do kaczek i basenów 1 szt., Urządzenie ociepleniowe do rozmrażania i podgrzewania składników krwi zapakowanych w plastikowe torby (Urządzenie do suchego rozmrażania osocza) 1 szt., Szafa medyczna na leki i narkotyki z sejfem 1 szt.

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści zapytania ofertowego przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego .

Pytanie nr 1 – dotyczy macerator
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie maceratora i utworzenie odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie ofert bardziej konkurencyjnej.

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 – dotyczy macerator
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni z autostartem? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia awaryjnych elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – dotyczy macerator
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie przeprowadzało maceracją przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające)?

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4 – dotyczy macerator
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory z bezpośrednim dostępem do nich po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia?

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5 – dotyczy macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby moc silnika była nie większa niż 0,5 kW? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6 – dotyczy macerator
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wagę max. 50kg, o wymiarach 36cm x szer. x 97cm wys. x 44cm gł, posiadające zużycie wody na cykl max. 11l, zbiornik na wodę 10l, z diodami LED, bez wyświetlacza LED?

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia.

Pytania: Szafa medyczna na leki i narkotyki z sejfem 1 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie szafy medyczna na leki i narkotyki z sejfem i utworzenie odrębnego pakietu. Umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawcom, a tym samym pozwoli uzyskać Zamawiającemu większą ilość konkurencyjnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

2. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla szafy medyczna na leki i narkotyki z sejfem, z uwagi na to że termin realizacji zamówienia u producenta na przedmiotową szafę wynosi 8 tygodni.

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

3. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu i uruchomienia oferowanej szafy na leki. Zamawiający otrzymuje szafę w postaci nadającej się do użytku, żadne takie czynności nie są więc konieczne. Jednocześnie prosimy o rezygnację wymogu przeszkolenia dla pracowników. Oferowany wyrób (wózki) jest bardzo prosty w obsłudze. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowana szafa nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Prosimy o stosowne zmiany w SIWZ oraz projekcie umowy.
   Zamawiający wyraża zgodę.

4. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzania przeglądów technicznych i okresowych dla przedmiotowej szafy na leki, z uwagi że nie wymaga ona takowych. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Prosimy o stosowne zmiany w SIWZ oraz projekcie umowy.
   Zamawiający wyraża zgodę.

W załączeniu projekt umowy ze zmianami.

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Lech Panasiuk
prof. nzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk