Lublin, dnia 14.02.2020 r

Znak sprawy: 53/D/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pomp insulinowych z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami pompy z pozycji glukometru sztuk 10 – o parametrach wg załącznika nr 1 .

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści zapytania ofertowego przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego .

Dotyczy załącznika nr 1 parametry techniczne pkt. 27 „Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy z pozycji glukometru"

Wymagane „Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy z pozycji glukometru"

Glukometr jest dodatkowym elementem wyposażenia pompy. W pompach naszej firmy sterowanie wszystkimi funkcjami odbywa się z poziomu pompy. Wszystkie funkcje są zintegrowane w jednym urządzeniu. Jest to wygodniejsze dla pacjenta, gdyż nie potrzebuje on dodatkowych urządzeń, aby wyszukać wszelkich potrzebnych mu informacji. Konieczność korzystania z pilota wymaga od pacjenta noszenia dodatkowego urządzenia. W przypadku zgubienia glukometru-pilota pacjent nie może korzystać z wszystkich funkcji pompy np. skorzystać z kalkulatora bolusa.

W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od parametru „Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy z pozycji glukometru".

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Przedmiotem zapytania jest 10 pomp insulinowych, natomiast według załącznika nr 1 (formularz oferty i parametry techniczne) 1 pompa. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Zamawiający informuje, że w ramach zamówienia wymaga dostarczenia 10 sztuk pomp, w załączniku nr 1 –formularzu ofertowym wymaga wskazania ceny za 1 sztukę pompy.

Załącznik nr 1 ze zmianami.

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Lech Panasiuk
prof. nzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel: 81 71 84 400, fax: 81 74 78 646, e-mail: imw@imw.lublin.pl
www.imw.lublin.pl
KRS: 0000126672, NIP: 712-010-37-81