Załącznik nr 1.8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ - CZĘŚĆ 8
Dostawa lampy bakteriobójczej w ramach projektu *pn. „Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”.*

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy bakteriobójczej – **5 szt.**

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA	
NAZWA PRODUCENTA (pełna nazwa, adres, strona www)	
MODET / TYP / NR KATALOGOWY / KOD PRODUCENTA	
KRAJ POCHODZENIA	
ROK PRODUKCJI (wymagany: co najmniej ……)	

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Lampa przepływowa	
2.	Zasilanie 230V 50/60Hz	
3.	Element(y) emitujący/e promieniowanie UVC o mocy łącznej min. 60W	
4.	Lampa przepływowa, promiennik(i) umieszczone wewnątrz obudowy	
5.	Obudowa ze stali kwasoodpornej	
6.	Waga < 15 kg	
7.	Kubatura dezynfekowana min. do 45m3	
8.	Wentylator o wydajności min. 120 m3/h	
9.	Lampa wyposażona w cyfrowy licznik czasu pracy	
10.	Trwałość promiennika min. 5000h	

11.	Moc pobierana z sieci <80 VA	
INNE WYMAGANIA		
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
13.	Gwarancja min. 24 m-ce	
14.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii/usterki 48h dni robocze, naprawa max 3 dni robocze	
15.	Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email)	

UWAGA: NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA", „PRODUCENT", „MODEL/TYP /NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA", KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY" ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

II. Wycena przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot dostawy	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Podatku VAT (%)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sposób liczenia:	(3x4)		(5 x 6)	(5 + 7)
1	Dostawa lampy bakteriobójczej	5					

UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA WSZYTKICH KOLUMN TABELI WYCENY.