Załącznik nr 1.14 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ - CZĘŚĆ 14
Dostawa pompy infuzyjnej w ramach projektu *pn. „Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”.*

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy infuzyjnej **– 6 szt.**

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA	
NAZWA PRODUCENTA (pełna nazwa, adres, strona www)	
MODET / TYP / NR KATALOGOWY / KOD PRODUCENTA	
KRAJ POCHODZENIA	
ROK PRODUKCJI (wymagany: co najmniej ……)	

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Strzykawka automatycznie, precyzyjnie mocowana od przodu,	
2.	Montaż strzykawki możliwy zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie.	
3.	Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą	
4.	Masa pompy wraz z zasilaczem, uchwytem do przenoszenia oraz klemą mocującą max. 2,2kg	
5.	Zasilacz wewnętrzny	
6.	Gabaryty sprzętu muszą być tak dobrane aby przestrzeń wokół stanowiska pacjenta była optymalnie wykorzystana, gwarantując prawidłowy dostęp do stanowiska chorego.	
7.	Kolorowy ekran pompy	
8.	Ekran dotykowy ułatwiający obsługę pompy	
9.	Dokładność mechaniczna min. ±0,5%	

10.	Klawiatura alfanumeryczna ułatwiająca i przyspieszająca programowanie parametrów	
11.	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 15 godzin przy przepływie 5 ml/godz.	
12.	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany	
13.	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji	
14.	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi	
15.	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)	
16.	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów	
17.	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1500,00 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.	
18.	Automatyczny napęd strzykawki	
19.	Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały min 30. Biblioteka Leków zawierająca min. 600 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup.	
20.	Możliwość uruchomienia czujnika zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów	
21.	Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji.	
22.	Menu w języku polskim	
23.	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.	
24.	Funkcja programowania objętości do podania przynajmniej w zakresie (VTBD) 0,1- 9999 ml	
25.	Możliwość zainstalowania w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu.	

26.	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin	
27.	Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej z zewnętrznym oprogramowaniem do monitorowania przebiegu infuzji poprzez Ethernet	
28.	Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji.	
29.	Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki	
INNE WYMAGANIA		
30.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
31.	Gwarancja min. 24 m-ce	
32.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii/usterki 48h dni robocze, naprawa max 3 dni robocze	
33.	Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email)	

UWAGA: NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA", „PRODUCENT", „MODEL/TYP /NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA", KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY" ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

II. Wycena przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot dostawy	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Podatku VAT (%)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sposób liczenia:	(3x4)		(5 x 6)	(5 + 7)
1	Dostawa pompy infuzyjnej	6					

UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA WSZYTKICH KOLUMN TABELI WYCENY.