Załącznik nr 1.22 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ - CZĘŚĆ 22
Dostawa stojaków jezdnych na kroplówki w ramach projektu *pn. „Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”.*

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaków jezdnych na kroplówki **– 20 szt.**

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA		
NAZWA PRODUCENTA (pełna nazwa, adres, strona www)		
MODET / TYP / NR KATALOGOWY / KOD PRODUCENTA		
KRAJ POCHODZENIA		
ROK PRODUKCJI (wymagany: co najmniej ……)		
Lp.	**Parametry wymagane**	**Parametry oferowane**
1.	Stabilna konstrukcja wykonana z blachy i rur stalowych lub z rurek chromowanych	
2.	Pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo wyposażona w pięć tworzywowych kół jezdnych	
3.	Tubus chromowany z min. dwoma uchwytami na płyny infuzyjne	
4.	Możliwość zainstalowania pompy infuzyjnej	
5.	Regulacja zakresu wysokości przy pomocy mechanizmu zaciskowego	
6.	Wysokość min. 1500-2000mm	
7.	Średnica 550mm ±5mm	
INNE WYMAGANIA		
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		

9.	Gwarancja min. 24 m-ce	
10.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii/usterki 48h dni robocze, naprawa max 3 dni robocze	
11.	Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email)	

UWAGA: NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA", „PRODUCENT", „MODEL/TYP /NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA", KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY" ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

II. Wycena przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot dostawy	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Podatku VAT (%)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sposób liczenia:	(3x4)		(5 x 6)	(5 + 7)
1	Dostawa stojaków jezdnych na kroplówki	20					

UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA WSZYTKICH KOLUMN TABELI WYCENY.