Załącznik nr 1.25 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ - CZĘŚĆ 25
Dostawa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń/zamgławiacza parowego w ramach projektu *pn. „Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”.*

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń/zamgławiacza parowego **– 1 szt.**

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA		
NAZWA PRODUCENTA (pełna nazwa, adres, strona www)		
MODET / TYP / NR KATALOGOWY / KOD PRODUCENTA		
KRAJ POCHODZENIA		
ROK PRODUKCJI (wymagany: co najmniej ……)		
Lp.	**Parametry wymagane**	**Parametry oferowane**
1.	Urządzenie fabrycznie nowe	
2.	Zasilanie elektryczne 230 V	
3.	Możliwość wyboru powierzchni do 1000m3	
4.	Urządzenie wyposażone w regulator wielkości cząsteczek od 5 do 20 mikronów umożliwiające przeprowadzenie dezynfekcji suchej mgły oraz dezynfekcji mokrej.	
5.	Ustawienie powierzchni dezynfekcji za pomocą pokrętła obrotowego	
6.	Urządzenie wyposażone w silnik obracający całym urządzenie 360 stopni zapewniając pełne zamgławianie pomieszczeń	
7.	Waga maksymalnie 6,5kg	
8.	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego	

9.	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s	
10.	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie.	
11.	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka	
12.	Urządzenie posiadające deklarację zgodności CE zgodna z dyrektywą 93/42/EEC	
13.	Deklaracja zgodności CE zgodna z dyrektywą 93/42/EEC na środek dezynfekcyjny	
14.	Kompatybilny ze środkiem nadtlenek wodoru 7% bez dodatku srebra	
INNE WYMAGANIA		
15.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
16.	Gwarancja min. 24 m-ce	
17.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii/usterki 48h dni robocze, naprawa max 3 dni robocze	
18.	Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email)	

UWAGA: NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA", „PRODUCENT", „MODEL/TYP /NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA", KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY" ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

II. Wycena przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot dostawy	Ilość (szt.)	Wartość netto	Stawka Podatku VAT (%)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
				Sposób liczenia:	(4 x 5)	(4 + 6)
1	Dostawa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń/zamgławiacza parowego	1				

UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA WSZYTKICH KOLUMN TABELI WYCENY.