Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa myjni -dezynfektora na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach projektu *pn. „Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych"*

Lublin 10.11.2020 r.

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1

1. Dot. pkt.15- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wym. zewnętrznych 1200x1875x2200mm SxWxG?

   Pkt 15 opisuje wymiary wewnętrzne, a nie zewnętrzne jak w zapytaniu. Zamawiający dopuszcza podane wyżej wymiary wewnętrzne.

2. Dot. pkt 16- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 2960x2450x2540 mm SxwxG?

   Zamawiający nie wyraża zgody- z uwagi na zbyt dużą szerokość urządzenia.

3. Dot. pkt. 23- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na 120 dni od daty podpisania umowy?

   Pkt. 23 dotyczy gwarancji. Natomiast zapytanie dotyczy wydłużenia terminu realizacji. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

4. (dot. SIWZ, Rozdział IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt 1)

   Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 14 tygodni od daty podpisania umowy?

   Czasami z przyczyn niezależnych od Zamawiającego termin od złożenia oferty do wyboru wykonawcy może ulec wydłużeniu, przez co czas na wykonanie i dostarczenie urządzenia może się znacznie skrócić. Zastosowanie proponowanego zapisu daje gwarancje stałości terminu na wykonanie zamówienia. Ponadto urządzenia tj. duże myjnie – dezynfektory produkowane są tylko na indywidualne zamówienie i konfigurowane zgodnie z wymaganiami klienta. Pozwala to precyzyjnie dopasować produkt ale niestety wydłuża czas

dostawy.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

5. (dot. SIWZ, Rozdział XIV – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY

BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT , pkt 2)

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wpisując w tabeli jako kryterium

oceny ofert „Termin realizacji dostawy „D””?

W dalszej części rozdziału czytamy, o okresie gwarancji - G, a nie terminie realizacji

dostawy – D.

Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie:

W miejscu SIWZ, Rozdział XIV – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY

BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT , pkt 2)

2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następujących wzorów:

Kryterium	Waga kryterium [%]	Maksymalna liczba punktów za dane kryterium	Sposób oceny wg wzoru
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia „C”	**60%**	**60**	**C = (Cn / Co) x 60 pkt** gdzie: C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert; Co – cena oferty ocenianej (brutto). 60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt); Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
			G = (Goo/Gmax) x 40 pkt gdzie: G – ocena punktowa za oceniane kryterium okres gwarancji; Goo – oferowany okres gwarancji oferty ocenianej; Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie; 40 % - waga procentowa ocenianego kryterium (40% = 40 pkt);

Termin realizacji dostawy „D"	40%	40	Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy" i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. **Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Maksymalny okres gwarancji dopuszczalny przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.** *Oferty z krótszym oraz dłuższym niż przyjęte przez Zamawiającego* „okresem gwarancji" *jak również oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą* „okresu gwarancji" *zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SIWZ.*
Łączna ilość	**100%**	**100**	

„Termin realizacji dostawy „D""?

Treść po modyfikacji:

2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następujących wzorów:

Kryterium	Waga kryterium [%]	Maksymalna liczba punktów za dane kryterium	Sposób oceny wg wzoru
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia „C"	**60%**	**60**	**C = (Cn / Co) x 60 pkt** gdzie: C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert; Co – cena oferty ocenianej (brutto). 60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt); Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy" i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
			G = (Goo/Gmax) x 40 pkt gdzie: G – ocena punktowa za oceniane kryterium okres gwarancji; Goo – oferowany okres gwarancji oferty ocenianej; Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie; 40 % - waga procentowa ocenianego kryterium (40% = 40 pkt);

Okres Gwarancji „G "	40%	40	Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy" i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. **Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Maksymalny okres gwarancji dopuszczalny przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.** *Oferty z krótszym oraz dłuższym niż przyjęte przez Zamawiającego „okresem gwarancji" jak również oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą „okresu gwarancji" zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SIWZ.*
Łączna ilość	**100%**	**100**	

6. (dot. załącznik nr 5 do SIWZ, projekt umowy, § 7, pkt 1.1))
   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tekstu: „z zastrzeżeniem, iż jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10 dni to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z pkt. 3"?

   Nie. Zamawiający nie wyraża zgody ,podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. (dot. załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, pkt 1)
   Czy Zamawiający wymagając myjni „ładowanej od frontu" ma na myśli myjnię wyposażoną w komorę nieprzelotową (jednodrzwiową)? Jeśli tak, prosimy o dopuszczenie urządzenia z komorą przelotową (dwudrzwiową).
   W przypadku tak dużych myjni komora przelotowa (dwudrzwiowa) jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ułatwia umieszczanie i wyjmowanie załadunku oraz stanowi skuteczną barierę między strefą brudną a czystą.
   Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. (dot. załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, pkt 3)
   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z drzwiami na przedniej i tylnej ścianie urządzenia otwieranymi i zamykanymi automatycznie w płaszczyźnie poziomej? Proponowane rozwiązanie jest dużo lepsze pod względem wygody użytkowania od wymaganego przez Zamawiającego.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. (dot. załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, pkt 8)
   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię wyposażoną w ruchome wahliwe rury natryskowe z dyszami?
   Proponowane rozwiązanie pozwala osiągnąć dużo lepsze wyniki mycia i dezynfekcji. Zapewnia natrysk mytych przedmiotów pod różnymi, zmiennymi kątami dzięki czemu proces przebiega szybciej i dokładniej.
   Tak. Zamawiający dopuści zaoferowania myjnię wyposażoną w ruchome wahliwe rury natryskowe z dyszami.

10. (dot. załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, pkt 15)
    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 2900 x 2550 x 2410 mm (SxDxW)?
    Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ
11. (dot. załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, pkt 16)
    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o wymiarach wewnętrznych komory: 1390 x 2250 x 2150 mm (SxDxW)?
    Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ
12. (dot. załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, pkt 18)
    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z maksymalnym zużyciem wody na cykl mycia 60l?
    Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ
13. (dot. załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, pkt 21)
    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię zasilaną z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V, 50 Hz, 111 kW, zabezpieczenie 3 x 180 A?
    Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Czy Zamawiający nie powinien również wymagać urządzenia będącego wyrobem medycznym i spełniającego normy EN ISO 15883-1:2009+A1:2014, EN ISO 15883-2:2009, CEN ISO/TS 15883-5:2005, EN ISO 15883-6:2009, ISO/DIS 15883-7:2014? Łóżka szpitalne, które będą myte w myjni – dezynfektorze będącej przedmiotem zamówienia są wyrobem medycznym, a więc powinny być poddawane procesowi mycia i dezynfekcji w

urządzeniu zgodnym z zharmonizowanymi i obecnie obowiązującymi normami wymienionymi wyżej.

Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie w części załącznika nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Poprzez dodanie treści:

Zamawiający wymaga urządzenia będącego wyrobem medycznym i spełniającego normy wskazane poniżej lub spełniające wymóg równoważności w zakresie Dezynfekcja zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 Myjnie-dezynfektory - Część 2: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezjologicznego, misek, naczyń, pojemników, utensyliów, sprzętu szklanego itp.: Skuteczność mycia i dezynfekcji zgodna z normą PN EN ISO 15883, Certyfikat producenta EN ISO 13485:2016 [wprowadzania do obrotu wyrobu medycznego].

Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne". Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

15. Prosimy o udostępnienie zdjęć z miejsca montażu myjni – dezynfektora oraz podanie istniejących mediów zasilających wraz ze średnicami przyłączy (woda zimna zmiękczona, woda ciepła, woda demineralizowana, sprężone powietrze, energia elektryczna, wyrównanie potencjału).

Zamawiający nie posiada wymaganych zdjęć, podaje istniejące media zasilające: woda zimna, woda ciepła, energia elektryczna.

Dokonane wyjaśnienia oraz modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

załącznik nr 1 ze zmianami z dn.10.11.2020 **r.**

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska