Oznaczenie sprawy: 267/D/2017

Lublin 27.03.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego -27 zadań.**

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Zamawiający zawiadamia o przedłużenie terminu składania ofert do dnia: **05.04. 2018r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **05.04.2018 r. o godz. 12:00.**

(dot. zad 27 - paski i glukometry) :

1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty systemu pomiarowego (paski + glukometr) , który do wykonania pomiaru potrzebuje <= 0,6 md/dL objętość próbki krwi.

Tak. Zamawiający dopuszcza powyższy system pomiarowy.

2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty systemu pomiarowego (paski + glukometr) ,który do wykonania pomiaru potrzebuje 6 s.

Nie. Zamawiający nie wraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty systemu pomiarowego (paski + glukometr), który umożliwia wykonywanie pomiarów przy wilgotności względnej 10-85 %

Nie. Zamawiający nie wraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty systemu pomiarowego (paski + glukometr) ,który umożliwia wykonywanie pomiarów przy wilgotności względnej 10-90 %

Nie. Zamawiający nie wraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty systemu pomiarowego (paski + glukometr) , który posiada możliwość nakładania próbki krwi do czasu , aż czujnik minimalnej objętość wykryje niezbędną jej ilość i zainicjuje rozpoczęcie pomiaru.

Nie. Zamawiający nie wraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty systemu pomiarowego (paski + glukometr) , którego wyniki podświetlane są na nowoczesnym ciekłokrystalicznym ekranie typu LCD.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty systemu pomiarowego (paski + glukometr) , który posada zakres pomiarowy 20-600 mg/dL

Nie. Zamawiający nie wraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty systemu pomiarowego (paski + glukometr) , który działa sprawnie w zakresie hematokrytu 10-70 %.

Nie. Zamawiający nie wraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający wymaga aby kapilara zasysająca próbkę krwi znajdowała się na szczycie paska testowego ? czy też dopuszcza aby pole pomiarowe znajdowało się w bocznej części testu ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg aby zaoferowany system pomiarowy (paski i glukometr) umożliwiał wykonywania badań nie tylko we krwi kapilarnej ale również żylnej ? i ewentualnie tętniczej ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o utworzenie oddzielnego pakietu na igły do penów , które aktualnie znajdują się w zad. nr 6 pkt. 23 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej z korzyścią dla Zamawiającego.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia charakterystyki odpowiadającej wyłącznie paskom testowym konkretnego producenta, co skrajnie ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postepowaniu, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza spełniające takie same cele paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski do glukometru nie wymagającego kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) brak możliwości dołożenia krwi jeśli pierwsza próbka była niewystarczająca – taka funkcja zabezpiecza przed otrzymaniem fałszywego wyniku pomiaru wskutek hemolizy/ krzepnięcia próbki (pragniemy zaznaczyć, że mieszanie dwóch różnych objętości krwi w środowisku pozaustrojowym jest w każdym laboratorium błędem technicznym i nie daje żadnej gwarancji uzyskania prawidłowego wyniku pomiaru); g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymaga spełniania parametrów opisanych w treści specyfikacji.

2. Czy Zamawiający dopuści paski testowe o następujących parametrach: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45^{0}C, przechowywanie do 30^{0}C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymaga spełniania parametrów opisanych w treści specyfikacji.

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu,

eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymaga spełniania parametrów opisanych w treści specyfikacji.

4. Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako jedynego instrumentu pomiarowego u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co producent rozumie przez stwierdzenie „poważnie chorzy")?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymaga spełniania parametrów opisanych w treści specyfikacji.

Dotyczy zadania 26

Zamawiający w powyższym pakiecie w pozycjach 7 i 8 wymaga zaoferowania uchwytów typu SafePack. Ten typ uchwytów przeznaczony jest do rękawic w opakowaniach umożliwiających pojedyncze pobieranie rękawic za mankiet, minimalizując tym ryzyko kontaminacji czystych rękawic.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w związku z powyższym, opisane w pozycji 3 rękawice nitrylowe mają posiadać opakowanie typu SafePack zapewniające pojedyncze pobieranie rękawic za mankiet oraz eliminujące kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu ?

Tak. Zamawiający potwierdza powyższe parametry.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Tak. Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 6 poz. 30

Czy Zamawiającego dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule 20G 1,1x32mm przepływ 56mm, reszta opisu bez zmian?

Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry kaniuli.

Zadanie 6 poz. 31

Czy Zamawiającego dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule 22G 0,9x25mm przepływ 36mm, reszta opisu bez zmian?

Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry kaniuli.

Zadanie 6 poz. 40

Czy Zamawiającego dopuści do zaoferowania w tej pozycji wyrób sterylnego?

Tak. Zamawiający dopuszcza wyrób sterylny.

Zadanie 5

Poz.1-2

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?

Tak. Zamawiający potwierdza parametry.

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.3-11

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych?

Tak. Zamawiający potwierdza parametry.

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry

<u>Zadanie 6</u>

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 6 wydzieli pozycje: 9-10, 34, 39-40,43,53-56,60-63,67-70,77-82,85-89,94-97 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród

najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Poz.10

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Poz.34

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Poz.39

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający oczekuje maseczkę na gumkę czy na troki?

Zamawiający oczekuje maseczkę na gumkę.

Poz.40

Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem, typ prosty, wykonaną z nietoksycznego materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją

użytkowania), rozmiary S-XL, dren o przekroju prostym – długość 200 cm, sztywnik na nos, sterylna?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Poz.43

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Poz.61

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200μm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

Tak. Zamawiający dopuszcza .

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy do przetaczania krwi bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.62

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. . Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.63

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. . Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.77-78

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 1 ml?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.79

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Poz.81

Czy zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Poz.86

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Tak. Zamawiający dopuszcza
Poz.88-89

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, ponieważ w wymaganiach SIWZ w załączniku asortymentowo-cenowym została podana nazwa handlowa - producent Meringer? Podczas przygotowywania postępowanie zamawiający nie może zawrzeć konkretnych producentów (lub nazw handlowych), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dlatego wnioskujemy o dopuszczenie produktów równoważnych. Jeżeli specyfika przedmiotu zamówienia wymaga konkretnego produktu , to zamawiający ma obowiązek dopuścić możliwość zaoferowania materiałów równoważnych, co wiąże się ze wskazaniem jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne.

2. Tak. Zamawiający dopuszcza-zgodnie z SIWZ
„ Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy produktu, urządzenia lub jego producenta – Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy…"
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Tak. Zamawiający dopuszcza
Czy wymagany jest wziernik pakowany w papier-folia?

Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?

Tak. Zamawiający dopuszcza
Czy zamawiający wymaga jednorazowy wziernik ginekologiczny typu Cusco regulowany śrubą centralną, która blokuje ustawienie wziernika wg potrzeb, wziernik posiada precyzyjnie wykończone brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki, zastosowany materiał pozwala na odpowiednie ustawienie wziernika bez obawy przed pęknięciem?
Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pak. 27:

1. Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	
	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy

WIELKOŚĆ PRÓBKI	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	
	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie

	bezdotykowe pasków z glukometru

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagany płyn kontrolny był na dwóch poziomach: wysokim i niskim?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W. Nieu Kwiś, przewodniczący
Sulc Zofia
Ewa Kasperek
Nolko Nie

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel: 81 71 84 400, fax: 81 74 78 646, e-mail: imw@imw.lublin.pl
www.imw.lublin.pl
KRS: 0000126672, NIP: 712-010-37-81