Lublin, 7.09.2018 r.

Postępowanie nr 691/D/2018

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pod nazwą *Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienia zdrowia pracujących* w zakresie punktu 2.1.2.

Zamówienie z dziedziny nauki: Zakup wyposażenia laboratoryjnego - jednorazowa dostawa

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w/w postępowaniu:

Dotyczy Załącznika nr 2: opis przedmiotu zamówienia/kosztorys cenowy:

Zadania nr 4: Waga laboratoryjna precyzyjna

1. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie, przez zapis „natężenie promieniowania". Prosimy o informację, czy nie jest to błąd pisarski.

Zamawiający informuje, że zapis „natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: co najmniej 2,2 W/m2" dotyczy zadania nr 5: Lampa bakteriobójcza. Przez błąd pisarski zapis ten został umieszczony przy zadaniu nr 4: Waga laboratoryjna precyzyjna.

Zamawiający dokonuje sprostowania poprzez wykreślenie zapisu „natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: co najmniej 2,2 W/m2" w zadaniu nr 4: Waga laboratoryjna precyzyjna i wprowadzenie go do zadania nr 5: Lampa bakteriobójcza.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik Nr 2 opis przedmiotu zamówienia/kosztorys cenowy.

Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia/kosztorysu cenowego bez zmian.

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
prof. nzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020