Lublin 23.11.2018r.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu „Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie".
Znak sprawy: 897/D/2018

Zamawiający informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia w części zadania nr 6-załącznik nr 6 :

W parametrach wymaganych aparatu

1. Pkt. 83 „Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć)".

   poprzez dokonanie wykreślenia „ Certyfikat CE na aparat i głowice (~~załączyć~~)".

2. Pkt 86 „Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)"

   poprzez następującą zmianę „Autoryzacja producenta na ~~serwis i~~ sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć na każde wezwanie)".

Zamawiający informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia w części zadania nr 2-załącznik nr 2: w Przedmiocie zamówienia: Lampa szczelinowa 1 szt.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia z :

Przedmiot zamówienia: Lampa szczelinowa 1 szt.

Producent:
Typ/model:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018 r)

Lp.	Parametry wymagane	Wymagania graniczne TAK/NIE	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE	Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu)
1.	Funkcjonalna i nowoczesna budowa oparta na modelu Zeiss	TAK		
2.	Powiększenia (min 3): 10x, 16x, 25x	TAK		

3.	**Okulary 12,5x**	**TAK**		
4.	**Ogniskowanie okularu +/- 6D**	**TAK**		
5.	**PD w zakresie 48,5 – 80 mm**	**TAK**		
6.	**Długość szczeliny 14 mm**	**TAK**		
7.	**Szerokość szczeliny 0 – 14 mm**	**TAK**		
8.	**Filtry: kobaltowo-niebieski, zielony, żółty**	**TAK**		
9.	**Oświetlenie LED**	**TAK**		
10.	**Możliwość zamontowania tonometru aplanacyjnego (opcja)**	**TAK**		
11.	**Stolik elektryczny z podwójnym blatem**	**TAK**		

na

Przedmiot zamówienia: Lampa bezcieniowa mobilna 1 szt.

Producent:
Typ/model:
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018 r)

Lp.	Parametry wymagane	Wymagania graniczne TAK/NIE	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE	Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu)
1.	Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z 8 diodami LED	TAK		
2.	Płaska i gładka powierzchnia kopuły ułatwiająca dezynfekcję	TAK		
3.	Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy	TAK		

4.	Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy	TAK		
5.	Ilość źródeł światła – min. 8	TAK		
6.	Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy	TAK		
7.	Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux	TAK		
8.	Promieniowe rozmieszczenie soczewek w celu zapewnienia eliminacji cieni i oświetlenia przestrzennego.	TAK		
9.	Temperatura barwowa – min. 4.400 K	TAK		
10.	Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96	TAK		
11.	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100%	TAK		
12.	Pobór mocy - 12W	TAK		
13.	Waga do 12 kg	TAK		
14.	Żywotność źródła światła min. 40.000 godz.	TAK		
15.	Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I	TAK		
16.	Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2	TAK		
17.	Średnica kopuły min. 16 cm	TAK		

W załączeniu poprawiony w dniu 23.11.2018 r. załącznik nr 2

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki

prof. nzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk